



Kalibriernormale für Tastschnittgeräte

entsprechend PTB-Normalen

**PREISLISTE
2022**

Raunormal, Baureihe KNT 4058/03 (preisgünstige Ausführung)

Die in der Liste aufgeführten Normale sind **nicht kalibriert**

Die durch die Werksabnahme ermittelten Rauheitsmessgrößen sind in einem Abnahmeprotokoll aufgeführt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Klasse	Stufe	Nominalwerte		s*) ≤ %	Artikel-Nummer	Preis / Stück EUR	Lieferzeit:	Bemerkung
				Ra µm	Rz µm					
1	Raunormal	A	1	0,2	1,5	3	4058/03A1/oK	auf Anfrage	entspricht ISO 5436	
2	Raunormal	A	2	0,5	3,0	3	4058/03A2/oK	auf Anfrage	entspricht ISO 5436	
3	Raunormal	A	3	1,5	8,5	3	4058/03A3/oK	auf Anfrage	entspricht ISO 5436	
4	Raun.-Satz	bestehend aus lfd. Nr.: 1-3					4058/03AS/oK	auf Anfrage	entspricht ISO 5436	
5	Raunormal	B								
6	Raunormal	B		Klasse B entfällt						
7	Raunormal	B								
8	Raun.-Satz									
9	Raunormal	C	1	0,2	1,5	5	4058/03C1/oK	***)	ähnlich ISO 5436 **)	
10	Raunormal	C	2	0,5	3,0	5	4058/03C2/oK	***)	ähnlich ISO 5436 **)	
11	Raunormal	C	3	1,5	8,5	5	4058/03C3/oK	***)	ähnlich ISO 5436 **)	
12	Raun.-Satz	bestehend aus lfd. Nr.: 9-11					4058/03CS/oK	***)	ähnlich ISO 5436 **)	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										

*) s: Standard-Abweichung aus n Messungen auf der gekennzeichneten Messfläche

**) Das Normal entspricht nicht ganz ISO 5436, da eine größere Standardabweichung vorliegt.

***) Klasse C ist nicht ständig vorrätig, da sie durch Aussortierung nach der Kalibrierung anfällt.
Bei Interesse erfragen Sie bitte den aktuellen Vorrat.

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Versandkosten

Die aktuellen Lieferzeiten bitte anfragen.

Weitergehende technische Beschreibung: Siehe "Technische Daten", Blätter Nr.: 2.0 und 3.1

HALLE Präzisions-Kalibriernormale GmbH DE-31234 Edemissen • Zum Wehner See 19a	Blatt Nr.:
	13.1