


Raunormal

Baureihe KNT 2058/05 (zur Bestimmung der Rauheit von Feinblechoberflächen nach SEP, Nr. 1940)
entsprechend PTB-Raunormal 2B
zum Kalibrieren und Prüfen des vollständigen Tastschnittgerätes von der Tastnadel bis zur Messwertanzeige.

Spezialausführung für Blechprobenmessplatz mit Pendeltaster TKPK 100 (Fa. Hommelwerke GmbH).

Gleichzeitiges Abtasten mit bis zu vier Zweikufentastern (zwei Taster je Seite bzw. je Raunormal).
Schaftstärke: 6 mm.



Maßstab: 1,5 : 1

Preisliste (mit Lieferzeiten, Artikel-Nr., etc.): Siehe Blatt Nr.: 15.1

HALLE-Präzisions-Kalibriernormale GmbH
DE-31234 Edemissen • Zum Wehner See 19a

Tel.: 05176-975978 • Fax: 05176-975988 • E-Mail: info@halle-normale.de

Erstellt am: 30.04.2001

Geändert am: 12.05.2009

Blatt Nr.:
5.2